

Інформація, щодо процедур закупівель

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

| Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК 021 2015 | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | обґрунтування: | | | | бюджетне призначення | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|----------------------|---|---|----------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|------------|
| | | | обсягів закупівлі | технічних та якісних характеристик закупівлі бюджетного призначення | оцімованої вартості предмета закупівлі, розміру | | | | | | | | | | | | | | |
| ДК 021:2015: 32350000-1 Частина до аудіо- та відеообладнання | Відкриті торги з особливостями Закупівля здійснюється відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму | 153000 грн | На підставі потреби (рапорту лікаря-рентгенолога та завідувача рентгел. відділення | <p>. Загальні вимоги</p> <p>1. Можливість постачання товару партіями. 2. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати копію реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту); 3. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості. Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів. 4. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання 5. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів. 6. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля) 7. Поставка товару на умовах DDP («Інкотермс-2010»), з розвантаженням на склад Замовника. Доставка товару здійснюється по заявці Замовника за адресою місця надання медичних послуг: 61093, Харківська обл, м. Харків, вул. Озерянська, буд 5 та за адресою місця надання медичних послуг: 61051, Харківська обл, м. Харків, вул. Клочківська, буд 337 А</p> <p><i>Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі про можливість дотримання загальних вимог, зазначених у розділі I цього додатка до тендерної документації.</i></p> <p>II. Технічна специфікація</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Назва товару, код та назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора</th> <th>Найменування товару, запропонованого учасником, із зазначенням торговельної</th> <th>Одиниця виміру</th> <th>Кількість</th> <th>Медико-технічні характеристики</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>НК 024:2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | № з/п | Назва товару, код та назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора | Найменування товару, запропонованого учасником, із зазначенням торговельної | Одиниця виміру | Кількість | Медико-технічні характеристики | | НК 024:2019 | | | | | Кошти НСЗУ |
| № з/п | Назва товару, код та назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора | Найменування товару, запропонованого учасником, із зазначенням торговельної | Одиниця виміру | Кількість | Медико-технічні характеристики | | | | | | | | | | | | | | |
| | НК 024:2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|----------|---|--|------------|
| | воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» UA-2023-06-27-011756-a | | | | «Класифікатор медичних виробів», код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | назви | | | | | (так/ні) * |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 1 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива Carestream Medical X-ray MXBE 30x40 см №100 | | упаковка | 5 | Загальний опис: Плівка медична представляє собою повно-швидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для зальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т-зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення.; Матеріал основи: Поліетилентерефталатна (лавсанова) основа; Режим обробки плівки: - ручний - автоматичний Чутливість одиниці S – не менше 1000-1400 середній градієнт: не менше 2,4 Вміст срібла, г/м2: 4,2 Щільність вуалі, (DMIN): не більше 0,1 Упаковка в коробки по 100 аркушів | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|----------|---|--|--|
| | | | | | | | | <p>Умови зберігання: не вище 25 °С відносна волога, %: від 40 до 60%</p> <p>Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення</p> <p>Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)</p> | | |
| | | | | 2 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU М синьочутлива 24x30 см №100 | | упаковка | 7 | <p>Загальний опис: синьочутлива рентгенівська плівка для загальної радіографії високої контрастності. Плівка призначена для використання в поєднанні з підсилюючим и рідкоземельними та вольфрамовими екранами синього світіння. Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1</p> <p>Чутливість: ручна обробка – 1000 р⁻¹ машина обробка – 1500 р⁻¹</p> <p>Середній градієнт: ручна обробка – 2,2 машинна обробка – 3,0</p> <p>Щільність вуалі, не більш - 0,23</p> <p>Вміст срібла, г/м² - 2,2</p> <p>Упаковка в коробки по 100 аркушів.</p> <p>Умови зберігання: +10...25 °С , відносна волога, %: від 30 до 60% (±10), Фонове випромінювання: не більше 90 nGy/h.</p> <p>Гарантійний термін придатності: 30 місяців з дати виготовлення</p> <p>Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати</p> | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|----------|---|--|--|
| | | | | | | | | 80% від початкового (на момент виробництва) | | |
| | | | | 3 | Плівка рентгенівська медична Agfa CP-BU M синьочутлива 18x24 см №100 | | упаковка | 4 | <p>Загальний опис: синьочутлива рентгенівська плівка для загальної радіографії високої контрастності. Плівка призначена для використання в поєднанні з підсилюючим и рідкоземельними та вольфрамовими екранами синього світіння. Сенситометрія плівки згідно DIN 6867-1</p> <p>Чутливість: ручна обробка – 1000 p^{-1} машина обробка – 1500 p^{-1}</p> <p>Середній градієнт: ручна обробка – 2,2 машинна обробка – 3,0</p> <p>Щільність вуалі, не більш - 0,23</p> <p>Вміст срібла, г/м^2 - 2,2</p> <p>Упаковка в коробки по 100 аркушів.</p> <p>Умови зберігання: $+10 \dots 25 \text{ }^\circ\text{C}$, відносна волога, %: від 30 до 60% (± 10), Фонове випромінювання: не більше 90 nGy/h.</p> <p>Гарантійний термін придатності: 30 місяців з дати виготовлення Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)</p> | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|----------|---|--|--|
| | | | | 4 | Стоматологічна плівка Carestream D-Speed 3x4см №100 | | упаковка | 3 | <p>Загальний опис: листову двосторонню несенсибілізовану плівку на поліетилентерефтолатній (лавсановій) основі. Плівка упакована в коробки по 100 аркушів, має наступні формати в см: 3x4.</p> <p>Середній градієнт - 3,1</p> <p>Щільність вуалі - 0,1</p> <p>Упаковка в коробки по 100 аркушів. Умови зберігання: не вище 25 °С , відносна волога, %: від 30 до 50% (±10), Фонове випромінювання: не більше 90 nGy/h. Гарантійний термін придатності: 24 місяців з дати виготовлення Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)</p> | |
| | | | | 5. | Суша медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 35x43см №100 | | упаковка | 5 | <p>Загальний опис: плівка для сухого друку, в аркушах, одностороння на полієфірній основі, покрита термочутливим шаром із забезпеченням високого контрасту та високої оптичної щільності діагностичних зображень.</p> <p>Використання: Призначена для медичних принтерів чорно-білого зображення.</p> <p>Основа плівки: DRYSTAR DT 5.000I B - блакитна поліестерова підложка Товщина основи - 168 мкм; Вміст срібла: 0,9 г/м² Максимальна оптична щільність (D max) - 3,2; Мінімальна оптична щільність (D min, вуаль) - 0,24</p> <p>Упаковка в коробки по 100 аркушів</p> | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|--|----------|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>Умови зберігання: Від +4 до +25 °С відносна волога, %: від 30 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення Строк збереження обробленої плівки: 20 років у відповідності норм ANSI IT 9.11 та IT 9.19 Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80</p> | | |
| | | | | 6. | Суха медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 20x25cm №100 | | упаковка | 20 | <p>Загальний опис: плівка для сухого друку, в аркушах, одностороння на поліефірній основі, покрита термочутливим шаром із забезпеченням високого контрасту та високої оптичної щільності діагностичних зображень. Використання: Призначена для медичних принтерів чорно-білого зображення. Основа плівки: DRYSTAR DT 5.000I B - блакитна поліестерова підложка Товщина основи - 168 мкм; Вміст срібла: 0,9 г/м² Максимальна оптична щільність (D max) - 3,2; Мінімальна оптична щільність (D min, вуаль) - 0,24 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: Від +4 до +25 °С відносна волога, %: від 30 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення Строк збереження обробленої плівки: 20 років у відповідності норм ANSI IT 9.11 та IT 9.19 Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати</p> | |

*Учасник надає у складі тендерної пропозиції таблицю відповідності запропонованого товару
Учасник надає у складі тендерної пропозиції таблицю відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам згідно умов розділу II цього додатка до тендерної документації із зазначенням у графі 3 таблиці конкретної торговельної назви запропонованого товару та підтвердженням відповідності товару медико-технічним характеристикам у графі 7 таблиці .*

До уваги учасників!

1. У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

2. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.

Запропоновані Учасником товари повинні відповідати наступним вимогам:

1. Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

2. У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

Строк поставки товарів з дати укладання договору про закупівлю до 25 грудня 2023 року

Примітка:

У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації. Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико-технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозиції за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.