

Інформація, щодо процедур закупівель

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК 021 2015	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:				
			обсягів закупівлі	технічних та якісних характеристик закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	бюджетне призначення		
Код ДК 021:2015:504200 00-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з поточного ремонту:апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти, (інв. № 10473208); апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти(інв. №10473206); апарата ШВЛ SERVO-і діти +дорослі (інв. №10473203); апарата ШВЛ SERVO-і діти +дорослі інв.№ 10473204); електрохірургічного апарата EXCELL 250 MCDSe	Відкрити торги з особливостями а UA-2024-08-15-008911-а	130000,00 грн з ПДВ	На підставі рапорту та дефектного акту	обґрунтування:		Інше(власні кошти)	
				Місце надання послуг	61051, м. Харків, вул Клочківська , буд 337А		
				Строк надання послуг	до 31 жовтня 2024 року (Виконавець має право виконати послуги достроково).		
				Об'єм надання послуг	6 послуг		
				ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПІВЛІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ			
				№ п/п	Найменування та перелік обладнання/тип ,яке підлягає ремонту		Од. вим.
1	Послуги з поточного ремонту апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти, (ін. № 10473208), у тому числі:-1 послуга, а саме: компресор (зав № SN-A 5281-02-2017)	послуга	1				
2	Послуги з поточного ремонту апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти(інв. №10473206)) -1 послуга , а саме: компресор (зав.№ SN-A-5272-02-2017)	послуга	1				
3	Послуги з поточного ремонту апарата ШВЛ SERVO-і діти +дорослі (ін. №10473203);-1 послуга, а саме: компресор (SN-A 5267-02-2017)	послуга	1				
4	Послуги з поточного ремонту апарата ШВЛ SERVO-і діти +дорослі ін. № 10473204), а саме компресор (SN-A 5294-02-2017)	послуга	1				

(зав№2617-07/08, інв.№ 10472487), відсмоктувача електричного Біомед 7А-23В (інв № 10472550

5	Послуги з поточного ремонту електрохірургічного апарата EXCELL 250 MCDSe (зав№2617-07/08, інв.№ 10472487)	послуга	1
6	Послуги з поточного ремонту відсмоктувача електричного Біомед 7А-23В інв № 10472550	послуга	1

Технічний опис послуги:

1. Ремонт апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти, (ін. № 10473208), у тому числі:-1 послуга, а саме: компресор (зав № SN-A 5281-02-2017) включає:

1. Заміна всіх фільтрів виробника ЕКОМ (вхідний фільтр 4КС-500, всмоктувальний фільтр 052.мікрон та 5 мікрон) чистка та продувка.
- 3.Заміна поршня з шатуном по моделі, О-кільця D50x2 виробника ЕКОМ
- 4.Заміна підшипників 6204 2RS, шлангаDN8x40 виробника ЕКОМ
- 5.Заміна сосуда фільтра AF20, AW20 виробника ЕКОМ
- 6.Заміна соленоїду клапана ком.по моделі виробника ЕКОМ
- 7.Збірка, перевірка герметичності, перевірка працездатності в статичному та динамічному режимі

Технічний опис послуги:

2. Ремонт апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти(інв. №10473206)) -1 послуга , а саме: компресор (зав.№ SN-A-5272-02-2017) включає:

1. Заміна всіх фільтрів виробника ЕКОМ (вхідний фільтр 4КС-500, всмоктувальний фільтр 052.мікрон та 5 мікрон) чистка та продувка.
- 2.Заміна поршня з шатуном по моделі, О-кільця D50x2 виробника ЕКОМ
3. Заміна підшипників 6204 2RS, шлангаDN8x40 виробника ЕКОМ
4. Заміна сосуда фільтра AF20, AW20 виробника ЕКОМ
- 5.Заміна соленоїду клапана ком.по моделі виробника ЕКОМ
6. Збірка, перевірка герметичності, перевірка працездатності в статичному та динамічному режимі

Технічний опис послуги:

3. Ремонт апарата ШВЛ SERVO-і діти +дорослі (ін. №10473203);-1 послуга, а саме: компресор (SN-A 5267-02-2017) включає:

1. Заміна всіх фільтрів виробника ЕКОМ (вхідний фільтр 4КС-500, всмоктувальний фільтр 052.мікрон та 5 мікрон) чистка та продувка.

			<p>2. Заміна поршня з шатуном по моделі, О-кільця D50x2 виробника ЕКОМ</p> <p>3. Заміна підшипників 6204 2RS, шлангаDN8x40 виробника ЕКОМ</p> <p>4. Заміна сосуда фільтра AF20, AW20 виробника ЕКОМ</p> <p>5. Заміна соленоїду клапана ком.по моделі виробника ЕКОМ</p> <p>6. Збірка, перевірка герметичності, перевірка працездатності в статичному та динамічному режимі</p> <p>Технічний опис послуги: 4. Ремонт апарата ШВЛ SERVO-і діти +дорослі ін. № 10473204), а саме компресор (SN-A 5294-02-2017) включає:</p> <p>1. Заміна всіх фільтрів виробника ЕКОМ (вхідний фільтр 4КС-500, всмоктувальний фільтр 05 мікрон та 5 мікрон) чистка та продувка.</p> <p>2. Заміна поршня з шатуном по моделі, О-кільця D50x2 виробника ЕКОМ</p> <p>3. Заміна підшипників 6204 2RS, шлангаDN8x40 виробника ЕКОМ</p> <p>4. Заміна сосуда фільтра AF20, AW20 виробника ЕКОМ</p> <p>5. Заміна соленоїду клапана ком.по моделі виробника ЕКОМ</p> <p>6. Збірка, перевірка герметичності, перевірка працездатності в статичному та динамічному режимі</p> <p>Технічний опис послуги: 5. Ремонт електрохірургічного апарата EXCELL 250 MCDSe (зав.№2617-07/08, інв.№ 10472487) включає:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ремонт основної плати високочастотного генератору. 2. Ремонт блоку портів підключення аксесуарів. 3. Ремонт плати розділу драйверів. 4. Ремонт секцій мопольярного вихідного кола та бі-полярного вихідного кола. 5. Ремонт секції керування джерела живлення. 6. Ремонт розділу дисплею та налагоджень. 7. Ремонт вихідного каскаду моно-полярного та вихідного каскаду бі-полярного . <p>Технічний опис послуги 6. Ремонт відсмоктувача електричного Біомед 7А-23В інв № 10472550 включає:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заміна підшипників 2. Ремонт електродвигуна <p>Послуги повинні надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до медичного обладнання.</p> <p>Якість послуг повинна відповідати технічній документації, чинним на території</p>	
--	--	--	---	--

			<p>України державним стандартам та вимогам.</p> <p>Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України та з гарантійним строком після їх встановлення.</p> <p>Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватися працівником (-ами), що мають відповідну кваліфікацію, знання та законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного і гігієнічного забезпечення.</p> <p>У складі пропозиції Учасник повинен надати :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації електроустановок до 1000В.2. Гарантійний лист на підтвердження виконання та дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. (<u>Надати гарантійний лист від учасника</u>)3. Надати скан Договору про співпрацю з Державним підприємством стандартизації, метрології та сертифікації.(договір повинен бути дійсним у 2024 році на дату оголошення тендеру.4. Надати скани сертифікатів (не менше 1 (одного)) від виробника або представника заводу-виробника на території України щодо проходження навчання і отримання допуску з монтажу та сервісного обслуговування медичного обладнання з переліку вказаного в таблиці.5.Учасник повинен розпочати надання послуг за заявкою Замовника, не пізніше 5 робочих днів після надання заявки6. У разі, якщо послуги виявляться неякісним, Учасник зобов'язаний усунути недоліки протягом 3х робочих днів з моменту отримання претензії від Замовника.7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг.8. Гарантійний термін на устаткування після проведеного поточного ремонту з моменту введення в експлуатацію повинен складати 6 місяців (<u>Надати гарантійний лист від учасника</u>)	
--	--	--	--	--