

Інформація, щодо процедур закупівель
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК021 201550420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання	Вид та ідентифікація тор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:																	
			обсягів закупівлі	технічних та якісних характеристик закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість закупівлі.															
Послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 (зав.№1216, інв.№10451066); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування аквадистильатора ДЕ-10 (зав.№ 93, інв.№ 101441349); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ВК-75 (зав.№ 1366, інв.№10411821); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ВК-30	Відкрити торги з особливостями	85850,00	На підставі рапортів.	Місце надання послуг: 61093, м. Харків, вул. Озерянська,буд.5 та 61051 м. Харків, вул Клочківська , буд 337А, Строк надання послуг: до 31 липня 2025 р. (Виконавець має право виконати послуги достроково). Об’єм надання послуг: 11 послуг Послуги повинні надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до медичного обладнання. Якість послуг повинна відповідати технічній документації, чинним на території України державним стандартам та вимогам. Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України та з гарантійним строком після їх встановлення. Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватися працівником (-ами), що мають відповідну кваліфікацію, знання та законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного і гігієнічного забезпечення. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ <table><tr><th>№</th><th>Найменування та обсяг послуг з урахуванням запасних частин та витратних матеріалів</th><th>Одиниця виміру</th><th>К-сть</th><th>Відповідь так/</th></tr><tr><td></td><td><i>Місто надання послуг:61093, м. Харків, вул. Озерянська, буд.5</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№1216,</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	№	Найменування та обсяг послуг з урахуванням запасних частин та витратних матеріалів	Одиниця виміру	К-сть	Відповідь так/		<i>Місто надання послуг:61093, м. Харків, вул. Озерянська, буд.5</i>				1	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№1216,				На підставі комерційної пропозиції
№	Найменування та обсяг послуг з урахуванням запасних частин та витратних матеріалів	Одиниця виміру	К-сть	Відповідь так/																
	<i>Місто надання послуг:61093, м. Харків, вул. Озерянська, буд.5</i>																			
1	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№1216,																			

(зав.№41, інв.№10450249);); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 (зав.№ 1387, інв.№ 10472252); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 (зав.№ 887, інв.№ 10472129); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 (зав.№917, інв.№10472129); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 (зав.№4354, інв.№10471074); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового НВА-80 (зав.№ 31808070242, інв.№ 10472522); послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового – М1-ST ГК-100 (зав.№ 30513820, інв.№ 10473201); послуги поточного ремонту і технічного

	інв.№10451066				
1.1	Чистка парогенератора	послуга	1		
1.2	Заміна ущільнювача парогенератора	послуга	1		
1.3	Заміна ТЕН	послуга	4		
1.4	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
1.5	Заміна запобіжного клапану	послуга	1		
2.	Поточний ремонт і технічне обслуговування аквадистиллятора ДЕ-10 зав.№ 93, інв.№ 101441349				
2.1	Чистка випаровувача від накипу	послуга	1		
2.2	Чистка сепараторів від накипу	послуга	1		
2.3	Розбирання-збирання	послуга	1		
2.4	Демонтаж-монтаж	послуга	1		
3	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ВК-75 зав.№ 1366, інв.№10411821				
3.1	Заміна ТЕН	послуга	2		
3.2	Заміна шпильок парогенератора	послуга	4		
3.3	Заміна ущільнювача стерилізаційної камери	послуга	1		
3.4	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
3.5	Заміна запобіжного клапану	послуга	1		
3.6	Заміна перехідника запобіжного клапану	послуга	1		
4	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ВК-30 зав.№41, інв.№10450249				
4.1.	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
	<i>Місто надання послуг:61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд.337А</i>				
5	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№ 1387, інв.№ 10472252				
5.1	Чистка парогенератора	послуга	1		
5.2	Заміна ущільнювача парогенератора	послуга	1		
5.3	Заміна ущільнювача стерилізаційної камери	послуга	1		
5.4	Заміна датчика рівня води	послуга	2		
5.5	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
6	Поточний ремонт і технічне обслуговування				

обслуговування послуги поточного ремонту і технічного обслуговування стерилізатора парового М1-ST –HU (зав.№ 60349022, інв.№ 10477496) ,код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання						стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№ 887, інв.№ 10472129				
					6.1	Чистка парогенератора	послуга	1		
					6.2	Заміна ущільнювача парогенератора	послуга	1		
					6.3	Заміна ущільнювача стерилізаційної камери	послуга	1		
					6.4	Заміна датчика рівня води	послуга	2		
					6.5	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
					7	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№917, інв.№10472129				
					7.1	Чистка парогенератора	послуга	1		
					7.2	Заміна ущільнювача парогенератора	послуга	1		
					7.3	Заміна ущільнювача стерилізаційної камери	послуга	1		
					7.4	Заміна шлангів вакуум	послуга	1		
					7.5	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
					8	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового ГК-100-3 зав.№4354, інв.№10471074				
					8.1	Чистка парогенератора	послуга	1		
					8.2	Заміна ущільнювача парогенератора	послуга	1		
					8.3	Заміна скла водовказівної колони	послуга	1		
					8.4	Розбирання-збирання	послуга	1		
					8.5	Заміна шлангів вакуум	послуга	1		
					8.6	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
					9	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового НВА-80 зав.№ 31808070242, інв.№ 10472522				
					9.1	Ремонт електронної схеми контролю рівня води	послуга	1		
					9.2	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
					10	Поточний ремонт і технічне обслуговування стерилізатора парового – М1-ST (ГК-100) зав.№ 30513820, інв.№ 10473201				
					10.1	Чистка парогенератора	послуга	1		
					10.2	Заміна ущільнювача парогенератора	послуга	1		
					10.3	Заміна манометрів на повірені	послуга	1		
					11	Поточний ремонт і технічне обслуговування				

					стерилізатора парового M1-ST –HU зав.№ 60349022, інв.№ 10477496						
				11.1	Чистка парогенератора	послуга	1				
				11.2	Демонтаж ТЕНа та монтаж	послуга	1				
				11.3	Заміна ущільнювачів	послуга	1				
				11.4	Заміна манометрів на повірені	послуга	1				
				У складі пропозиції Учасник повинен надати : 1. Надати скан посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації електроустановок до 1000В, та посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском. 2 Дозвіл Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки. на монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування, налагодження посудин, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа, що діє на дату оголошення тендерної пропозиції. 3 Надати скан посвідчення про те, що працівник пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, та надати копії посвідчень. 4. Гарантійний лист на підтвердження виконання та дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. <u>(Надати гарантійний лист від учасника)</u> 5. Надати скани сертифікатів (не менш 1 (одного) від виробника або представника заводу-виробника на території України щодо проходження навчання і отримання допуску з монтажу та сервісного обслуговування медичного обладнання з переліку вказаного в таблиці. 6.Учасник повинен розпочати надання послуг за заявкою Замовника, не пізніше 5 робочих днів після надання заявки 7. У разі, якщо послуги виявляться неякісним, Учасник зобов’язаний усунути недоліки протягом 3х робочих днів з моменту отримання претензії від Замовника. 8. Гарантійний термін на устаткування після проведеного поточного ремонту з моменту введення в експлуатацію повинен складати 6 місяців <u>(Надати гарантійний лист від учасника)</u>							
				:							