

Інформація, щодо процедур закупівель

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК021 201550420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання	Вид та ідентифікація тор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:				Очікувана вартість закупівлі.	
			обсягів закупівлі	технічних та якісних характеристик закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення				
Послуги з поточного ремонту аналізатор напівавтоматичний біохімічний Sinnowa BS3000M, (інв.№10441326); Послуги з поточного ремонту термостат ТС-20 (інв. № 101451322, послуги з поточного ремонту офтальмоскоп SIGMA150(інв №10472760)	Відкрити торги з особливостями	21500,00	На підставі рапортів.	Місце надання послуг: 61093, м. Харків, вул. Озерянська, буд.5 та 61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 337А, Строк надання послуг: до 20 травня 2025 р. (Виконавець має право виконати послуги достроково). Об’єм надання послуг: 3 послуги Послуги повинні надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до медичного обладнання. Якість послуг повинна відповідати технічній документації, чинним на території України державним стандартам та вимогам. Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України та з гарантійним строком після їх встановлення. Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватися працівником (-ами), що мають відповідну кваліфікацію, знання та законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного і гігієнічного забезпечення.			На підставі комерційної пропозиції	
					Найменування обладнання, яке підлягає ремонту	Одиниця виміру	Кількість	
					Аналізатор напівавтоматичний біохімічний Sinnowa BS3000M, (інв.№10441326)	послуга	1	
					Заміна кювети. Чистка всіх клапанів Чистка гідравлічної системи Перевірка та калібрування параметрів			

2.	Послуги з поточного ремонту Термостат ТС-20 (інв. № 101451322)	послуга	1	
2.1	Заміна блока живлення. Заміна клем. Збірка, перевірка вихідних параметрів			
3	Послуги з поточного ремонту Офтальмоскоп SIGMA150 (інв №10472760)	послуга	1	
3.1	Ремонт блока тримача лампи Заміна лампи Ремонт кабелю підводу живлення Обслуговування оптичної системи			

У складі пропозиції Учасник повинен надати :

1. Надати посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації електроустановок до 1000В, та посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском.
2. Гарантійний лист на підтвердження виконання та дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. (Надати гарантійний лист від учасника)
3. Надати скан Договору про співпрацю з Державним підприємством стандартизації, метрології та сертифікації.(договір повинен бути дійсним у 2025 році на дату оголошення тендеру.
4. Надати скани сертифікатів (не менш 1 (одного)) від виробника або представника заводу-виробника на території України щодо проходження навчання і отримання допуску з монтажу та сервісного обслуговування медичного обладнання з переліку вказаного в таблиці.
- 5.Учасник повинен розпочати надання послуг за заявкою Замовника, не пізніше 5 робочих днів після надання заявки
6. У разі, якщо послуги виявляться неякісним, Учасник зобов'язаний усунути недоліки протягом 3х робочих днів з моменту отримання претензії від Замовника.
7. Всі витратні матеріали, елементи і частини, що будуть використані під час надання послуги, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням.
8. Гарантійний термін на устаткування після проведеного поточного ремонту з моменту введення в експлуатацію повинен складати 6 місяців (Надати гарантійний лист від учасника)

Уповноважена особа

Шостак Л.Х.