

Інформація, щодо процедур закупівель
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК021 201550420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання	Вид та ідентифікація тор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:					
			обсяг ів заку півлі	технічних та якісних характеристик закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення			Очіку вана вартіс ть заку пі влі.	
Послуги поточного ремонту аналізатора електролітів (зав №0807031005, інв № 10451160).	Відкрити торги з особливостя ми	22440,00	На підст аві рапо ртів.	Місце надання послуг: 61093, м. Харків, вул. Озерянська,буд.5 Строк надання послуг: до 23 травня 2025 р. (Виконавець має право виконати послуги достроково). Об’єм надання послуг: 1 послуга Послуги повинні надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до медичного обладнання. Якість послуг повинна відповідати технічній документації, чинним на території України державним стандартам та вимогам. Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України та з гарантійним строком після їх встановлення. Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватися працівником (-ами), що мають відповідну кваліфікацію, знання та законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного і гігієнічного забезпечення.			На підста ві комерці йної пропо зиції	
					Найменування обладнання , яке підлягає ремонту	Одиниця виміру		Кількі
					Послуги поточного ремонту аналізатора електролітів (зав.№0807031005, інв № 10451160)	послуга		1
					- діагностика - промивка/очистка -заміна запчастин :EasyStat printer assembly			

					- контрольні вимірювання аналізатора			
					У складі пропозиції Учасник повинен надати : 1.Грантійний лист на підтвердження виконання та дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. <u>(Надати гарантійний лист від учасника)</u> 2. Надати скани сертифікату від виробника або представника заводу-виробника на території України щодо проходження навчання і отримання допуску з монтажу та сервісного обслуговування медичного обладнання , вказаного в таблиці. 3.Учасник повинен розпочати надання послуг за заявкою Замовника, не пізніше 5 робочих днів після надання заявки 4. У разі, якщо послуги виявляться неякісним, Учасник зобов'язаний усунути недоліки протягом 3х робочих днів з моменту отримання претензії від Замовника. 5. Всі витратні матеріали, елементи і частини, що будуть використані під час надання послуги, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. <u>(Надати гарантійний лист від учасника)</u> 6. Гарантійний термін на устаткування після проведеного поточного ремонту з моменту введення в експлуатацію повинен складати 6 місяців <u>(Надати гарантійний лист від учасника)</u> Підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:			