

Інформація, щодо процедур закупівель

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК 021 2015	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:				Очікувана вартість закупівлі
			обсягів закупівлі	технічних та якісних характеристик закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення			
Послуги з поточного ремонту та технічне обслуговування апарату ШВЛ NEUMOVENT TS (зав.№ N2010440161083 AIV ; інв.№1041900020) ; послуги з поточного ремонту та технічне обслуговування апарату ШВЛ NEUMOVENT TS(зав.№ SN2010440201083 AIV; інв.№1041900019) код ДК 021 20 15 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.	Відкрити торги з особливостями	19300,00	На підставі рапортів.	Місце надання послуг	61093, м. Харків, вул Озерянська , буд 5		На підставі комерційної пропозиції
				Строк надання послуг	до 30 квітня 2025 року (Виконавець має право виконати послуги достроково).		
				Об'єм надання послуг	2 послуги		
				ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ			
				№ п/п	Назва послуг	Од. виміру	К-сть
					Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування апарату ШВЛ NEUMOVENT TS (зав. 2010440161083 AIV, інв.№1041900020), в т.ч.:	послуга	1
				1	Проведення діагностичних процедур по виявленню несправності технічного стану апарату	послуга	1
				2	Заміна датчику вимірювання кисню у дихальній суміші.	шт	1
				3	Перевірка роботи блендера (змішувача газів).	послуга	1

4	Проведення процедури калібровки каналу вимірювання FiO2..	послуга	1
5	Перевірка характеристик апарата ШВЛ на відповідність ТУ	послуга	1
	Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування апарату ШВЛ NEUMOVENT TS (зав.№ SN2010440201083 AIV; інв.№1041900019	послуга	1
1.	Проведення діагностичних процедур по виявленню несправності технічного стану апарату	послуга	1
2.	Заміна датчику вимірювання кисню у дихальній суміші.	шт	1
3.	Перевірка роботи блендера (змішувача газів).	послуга	
4.	Проведення процедури калібровки каналу вимірювання FiO2..	послуга	1
5.	Перевірка характеристик апарата ШВЛ на відповідність ТУ	послуга	1

1.. Всі витратні матеріали, елементи і частини, що будуть використані під час надання послуги, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням.

2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника та виконання послуг виключно на території Замовника.

3. Гарантійний термін на всі надані послуги має складати не менше 3(три) місяця з дати підписання акту наданих послуг. *(надається гарантійний лист в довільній формі).*

4.Послуги надаються, згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів *(надається гарантійний лист в довільній формі).*

5. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом *(надати скан -копії сертифікатів про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або аналогічного обладнання інших виробників)*

Уповноважена особа

Шостак Л.Х.