

Інформація, щодо процедур закупівель

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК 021 2015	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:		
			обсягів закупівлі	технічних та якісних характеристик закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувані вартості закупівлі.

<p>Послуги з поточного ремонту : компресор до апарата ШВЛ SERVO-i немовля+діти, ( інв. № 10473102); компресор до апарата ШВЛ SERVO-i немовля+діти( інв. №10473205); аквадистилятор електричний «ДЕ-25М» (інв.№11278225) ; апарат пульсоксиметр OLV 3100K (інв.№ 10472421); стерилізатор паровий M1-ST (ГК-100)(інв.№ 10473201); стерилізатор паровий M1-ST-HU( інв.№10477496); ваги BME «Саша» (інв.№ 10432306); аналізатор біохімічний BA-88 (інв.№ 101451153), аналізатор біохімічний BS-3000M (інв.№ 101441326), аналізатор гематологічний BC-3000 (інв.№ 101451151 ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з</p>	<p>Відкрити торги з особливостями</p>	<p>120600,00 грн з ПДВ</p>	<p>Рапорта з відділень.</p>	<p><b>Місце надання послуг:</b> 61093,м. Харків, вул. Озерянська,буд.5 та 61051, м. Харків, вул. Ключківська , буд 337А,  <b>Строк надання послуг:</b> до 31 грудня 2024 р. (Виконавець має право виконати послуги достроково).  <b>Об'єм надання послуг:</b> 10 послуг.</p> <p>Послуги повинні надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до медичного обладнання.</p> <p>Якість послуг повинна відповідати технічній документації, чинним на території України державним стандартам та вимогам.</p> <p>Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим території України та з гарантійним строком після їх встановлення.</p> <p>Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватися працівником (-ами), що мають відповідну кваліфікацію, знання та законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного і гігієнічного забезпечення.</p>	<p>Комерційна пропозиція учасника.</p>
<p>Найменування та перелік обладнання/тип ,яке підлягає ремонту</p>				<p>О д н и ц я  в и м і р у</p>	<p>Кількість</p>
<p>Послуги з поточного ремонту компресор до апарата ШВЛ SERVO-i немовля+діти ( ін. № 10473102)</p>				<p>п о с л у г а</p>	<p>1</p>
<p>Заміна всіх фільтрів, чистка та продувка.  Заміна поршня з шатуном, О-кільця.  Заміна підшипників, шлангу.  Заміна сосуду фільтра  Заміна соленоїду клапана ком.</p>					

ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання				Збірка, перевірка герметичності, перевірка працездатності в статичному та динамічному режимі.			
	2.			<b>Послуги з поточного ремонту компресор до апарата ШВЛ SERVO-і немовля+діти, а саме компресор ( інв. №10473205)</b>	п о с л у г а	1	
	2.1			Заміна всіх фільтрів, чистка та продувка. Заміна поршня з шатуном, О-кільця. Заміна підшипників, шлангу. Заміна сосули фільтра Заміна соленоїду клапана. Збірка, перевірка герметичності, перевірка працездатності в статичному та динамічному режимі.			
	3			<b>Послуги з поточного ремонту аквадистилятор електричний «ДЕ-25М» (інв.№11278225)</b>	п о с л у г а	1	
	3.1			Зняття та установка, кріплення аквадистилятору Розбирання та збирання, перепаківка різбових з'єднань Чистка від накипу водяної сорочки, основної ємності. Заміна кріплень, витратні матеріали: миючий засіб 5 л, прокладки, гайки, шайби. Та перевірка в статичному та динамічному режимах			
	4.			<b>Послуги з поточного ремонту пульсоксиметр OLV 3100K (інв.№ 10472421)</b>	п о с л у г а	1	
	4.1			Ремонт блоку портів підключення аксесуарів. Ремонт розділу дисплею та налагоджень.			
	5.			<b>Послуги з поточного ремонту стерилізатор паровий M1-ST (ГК-100) (інв.№ 10473201)</b>	п о с л у г	1	

5.1	Зняття, чистка та установка конденсатору( вакуум) Заміна кранів пар в камеру, пар з камери, залив води в парогенератор Заміна ущільнювачів та перепаковка різьбових з'єднань паропроводів, водопроводів. Заміна та перевірка працездатності запобіжного клапану. Перевірка працездатності приладу. Запуск приладу, перевірка роботи в статичному та динамічному режимі Витратні матеріали: миючий засіб, крани, шланг, хомути, запобіжний клапан.							
<b>6.</b>	<b>Послуги з поточного ремонту стерилізатор паровий M1-ST-HU ( інв.№10477496)</b>	<b>п о с л у г а</b>	<b>1</b>					
6.1	Зняття, чистка та установка конденсатору( вакуум) Заміна кранів пар в камеру, пар з камери, залив води в парогенератор Заміна ущільнювачів та перепаковка різьбових з'єднань паропроводів, водопроводів. Заміна та перевірка працездатності запобіжного клапану. Перевірка працездатності приладу. Запуск приладу, перевірка роботи в статичному та динамічному режимі. Перевірка працездатності приладу. Запуск приладу, перевірка роботи в статичному та динамічному режимі. Витратні матеріали: миючий засіб, крани, шланг, хомути, запобіжний клапан.							
<b>7.</b>	<b>Послуги з поточного ремонту ваги ВМЕ «Саша» (інв.№ 10432306)</b>	<b>п о с л у г а</b>	<b>1</b>					
7.1	Ремонт та чистка основної плати. Заміна акумулятору, та додатковий							
<b>8.</b>	<b>Послуги з поточного ремонту аналізатор біохімічний ВА-88 (інв.№ 101451153)</b>	<b>п о с л у г а</b>	<b>1</b>					
8.1	Планова заміна освітлювача, сам освітлювач. Заміна трубки насоса, трубка перистальтичного насоса. Перевірка та калібровка параметрів контролю температури Заміна блоку термостатування, сам блок.							

				Чистка перистальтиного насосу Чистка всіх клапанів.				
			9.	<b>Послуги з поточного ремонту аналізатор біохімічний BS-3000M (інв.№ 101441326)</b>	п о с л у г а	1		
			9.1	Планова заміна освітлювача, сам освітлювач. Заміна трубки насосу, трубка перистальтиного насосу. Перевірка та калібровка параметрів контролю температури Заміна блоку термостатування, сам блок. Чистка перистальтичного насосу Чистка всіх клапанів				
			10.	<b>Послуги з поточного ремонту аналізатор гематологічний ВС-3000 (інв.№ 101451151)</b>	п о с л у г а	1		
			10.1	Заміна двигуна вертикального переміщення пробозабірника. Двигун вертикального переміщення. Чистка гідравлічної системи аналізатору Чистка шприца ділюента. Чистка шприца миючого розчину. Заміна двигуна горизонтального переміщення. Двигун горизонтального переміщення. Калібрування аналізатору контролю вихідних параметрів				
				<p><b>У складі пропозиції Учасник повинен надати :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації електроустановок до 1000В, та посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском.</li> <li>2. Гарантійний лист на підтвердження виконання та дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. (<u>Надати гарантійний лист від учасника</u>)</li> <li>3. Надати скан Договору про співпрацю з Державним підприємством стандартизації, метрології та сертифікації.(договір повинен бути дійсним у 2024 році на дату оголошення тендеру.</li> <li>4. Надати скани сертифікатів (не менше 2 (двох)) від виробника або представника заводу-виробника на території України щодо проходження навчання і отримання допуску з монтажу та сервісного обслуговування медичного обладнання з переліку вказаного в таблиці.</li> <li>5.Учасник повинен розпочати надання послуг за заявкою Замовника, не пізніше 5 робочих днів після надання заявки</li> <li>6. У разі, якщо послуги виявляться неякісним, Учасник зобов'язаний усунути недоліки протягом 3х</li> </ol>				

				<p>робочих днів з моменту отримання претензії від Замовника.</p> <p>7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг.</p> <p>8. Гарантійний термін на устаткування після проведеного поточного ремонту з моменту введення в експлуатацію повинен складати 6 місяців (<u>Надати гарантійний лист від учасника</u>)</p>	
--	--	--	--	--	--

Уповноважена особа

Шостак Л.Х.